

Alvotech hf.
Sæmundargötu 15-19
101 Reykjavík

14. október 2025
UOS2507362/K.G.

Efni: Reglubundið eftirlit þann 17. september 2025

Þann 17. september sl. fór fram reglubundið eftirlit í Alvotech hf.. Í samræmi við 57. grein reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit, sendist meðfylgjandi eftirlitsskýrsla.

Engin frávik voru útistandandi þegar eftirlit fór fram.

Engar ábendingar voru settar fram í eftirlitinu.

Eitt frávik kom fram í eftirlitinu er varðar:

- 1. Spilliefni voru geymd í sorpgeymslu án fullnægjandi lekavarna. Þar fannst 1M saltsýra geymd á gólfi nálægt niðurfalli og tvær 200 L tunnur af 20% etanóli á sama hátt. Þetta telst frávik frá almennum starfsleyfis-skilyrðum um geymslu spilliefna.** Samkvæmt bréfi dagsettu 9. október 2025, hefur rekstraraðili brugðist við og lokað niðurfalli, uppfært leiðbeiningar og rætt við teymi. Með því að loka niðurfalli telst herbergið lekaheilt. Litlum umbúðum af spilliefnum verður áfram safnað í spilliefnakör en stórar tunnur af etanóli verða geymdar á gólfi. Frávik er lokað.

Umhverfis- og orkustofnun bendir á að bréf þetta verður birt á heimasíðu stofnunarinnar.

Virðingarfyllst,

Kjartan Guðmundsson

Teymi eftirlits

Sigríður Magnúsdóttir

Teymi eftirlits